

2804/11

07 AUG 2018

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА  
ЈН БР. 7.2/18 – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА (ЛАБОРАТОРИЈСКИ ВЕРТИКАЛНИ  
АУТОКЛАВИ)

Питање 1 :

У делу конкурсне документације који се односи на доказивање додатних услова за тачку 4. Обезбеђен сервис у гарантном и вангарантном року који се врши на територији Републике Србије стоји:

„...Сертификат о усаглашености за безбедност према Прилогу и Правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском, за тип и модел аутоклава који се нуди, о прегледима опреме под притиском“.

Да ли је довољно доставити сертификат на име сервисера који би одржавао опрему о похађању семинара *Примена правилника о техничким захтевима за опрему под притиском и правилника о прегледима опреме под притиском*, а који га чини компетентним за рад са предметном опремом?

Одговор 1:

Тражени сертификат о усаглашености за безбедност односи се на **тип и модел аутоклава** који се нуди, како је и наведено у конкурсној документацији, те је у складу са тим потребно доставити такав сертификат, поред осталих доказа о испуњености додатних услова наведених у конкурсној документацији.

Питање 2 :

Да ли је прихватљиво понудити аутоплав који у потпуности задовољава потребе стерилизације према правилницима са максималном температуром 134°C и мнаксималним притиском 2,1 bar ?

Одговор 2:

Прихватљиво је понудити аутоплав наведених карактеристика уколико испуњава и остале услове у скаду са спецификацијом и захтевима из конкурсне документације.



Председник комисије за ЈН,  
мр сци. мед. др Александар Витковић