

ГРАДСКИ ЗАВОД
ЗА РУЖБНЕ БОЛЕСТИ
И ТУБЕРКУЛОЗУ

08 AUG 2018

2823/1

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА
ЈН БР. 7.2/18 – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА (ЛАБОРАТОРИЈСКИ ВЕРТИКАЛНИ
АУТОКЛАВИ)

Напомена: Наручилац објављује одговор на овај захтев за додатним информацијама иако је захтев неблаговремен.

Питање 1:

У делу конкурсне документације који се односи на доказивање додатних услова за тачку 4. Обезбеђен сервис у гарантном и вангарантном року који се врши на територији Републике Србије стоји:

„...Сертификат о усаглашености за безбедност према Прилогу и Правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском, за тип и модел аутоклава који се нуди, о прегледима опреме под притиском“.

Да ли је прихватљиво доставити сертификат о усаглашености према Прилогу и Правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском за тип аутоклава који се нуди, само мање запремине и Изјаву понуђача да ће пре испоруке обезбедити исти сертификат за понуђени модел запремине 150 l?

Одговор 1:

Конкурсном документацијом предвиђено је да се испуњеност додатних услова доказује, између осталог, достављањем траженог сертификата за понуђени тип и модел. Понуђени тип и модел мора одговарати траженим техничким спецификацијама, те доказивање испуњености достављањем сертификата за модел мање запремине и Изјаве о накнадном прибављању сертификата за понуђени модел није прихватљиво.

Председник комисије за ЈН,
мр сци. мед. др Александар Витковић

