

ГРАДСКИ  
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ  
И ТУБЕРКУЛОЗУ  
835/11

13 MAR 2019 20  
Београд

**ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА  
ЈН БР. 1/19 – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ**

**Питање бр. 1:**

Партија бр.34, ставка 2 – да ли је прихватљиво понудити петри шоље пречника 55 мм, јер је тај пречник стандард код већине произвођача?

**Одговор бр. 1:**

Прихватљиво је понудити и петри шоље пречника 55 мм.

**Питање бр. 2:**

У партији бр. 11, ставка 1, да ли је тражена величина И.В. каниле 20G?

**Одговор бр. 2:**

Да, тражена величина И.В. каниле је 20G?



Председник комисије за ЈН,  
др сци. мед. др Александар Витковић