



**ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА  
ЈН БР. 1/20 – МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ**

**Питање:**

Молимо Вас за појашњење у вези јавне набавке бр. 1/20

Партија 46 – Потрошни материјал за потребе стерилизације:

1. Ставка 1: Трака за контролу влажне стерилизације (хемијска контрола): Да ли је прихватљиво понудити траку за контролу влажне стерилизације димензија 19 мм x 50 м или траку за контролу влажне стерилизације, котур са налепницама?
2. Ставка 2: Трака за контролу суве стерилизације (хемијска контрола): Да ли је прихватљиво понудити траку за контролу суве стерилизације димензија 19 мм x 50 м или траку за контролу суве стерилизације, котур са налепницама?

**Одговор:**

Прихватљиво је понудити котур са налепницама (односи се на обе ставке).

Председник комисије за ЈН,  
мр сци. мед. др Александар Витковић

